Scaun hidraulic pentru transfer pacienți 3 in 1 (scaun toaleta , scaun pentru dus si scaun pentru transfer) - sarcina maxima 125 kg

Cod produs: **GM43430**



Scaun hidraulic de transfer pentru pacienți, 3 în 1 (scaun de transfer, scaun de toaletă, scaun de duș), cu 3 panouri de șezut interschimbabile. Sarcină maximă 125 kg. Este dispozitiv medical clasa I (producător: Zhongshan Kangdebao (KDB), model KDB-506, distribuit de Gima).

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Brand	Gima
Număr model	KDB-506
Denumire produs pe etichetă	Dispozitiv de ridicare și transfer
Clasa dispozitivului medical	I
Tip dispozitiv	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745
Sarcină maximă	125 kg
Reglaj înălțime	hidraulic, până la 15 cm
Deschidere	180°
Distanță între cotiere și șezut	45 cm
Înălțime cotieră de la podea	86–101 cm
Lungimea bazei	90 cm
Lățimea bazei	53 cm
Distanță bară transversală bază – roată spate	59 cm
Construcție cadru	oțel fără sudură, țeavă Ø 25,4 mm, vopsită alb (SITE); „made of steel" (GIMA)
Roți	față pivotante cu frână, spate unidirecționale (SITE); „4 directional castors (2 frontal with brake)" (GIMA)
Panouri incluse	panou fix de toaletă (cu recipient detașabil, utilizabil și fără recipient), panou de duș din plastic detașabil, panou de șezut moale cu pernă detașabilă
Viteză maximă de deplasare cu sarcină	3 km/h (0,8 m/s)
Greutate brută (colet)	46,5 kg
Dimensiuni/greutate CRM	necompletate în CRM
Condiții de transport și depozitare	temperatură -20°C ~ +60°C; umiditate relativă 30%–80%; presiune atmosferică 70 kPa – 106 kPa; a se păstra departe de lumina soarelui, într-un loc răcoros și uscat
Manual multilingv	GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, HR, RO, GR
Document de conformitate	declarație de conformitate D43430EN.pdf; manual M43430RO.pdf (rev. M43430-M-Rev.1.02.25)
Garanție	12 luni pentru persoane juridice (B2B), 24 de luni pentru persoane fizice (B2C).

UTILIZARE

- Se folosește pentru transferul pacienților cu paralizie a zonei inferioare a corpului, cu probleme ale picioarelor sau al vârstnicilor aflați la pat, în scaun cu rotile, cadru sau scaun de toaletă. Se folosește doar pentru oameni.
- Scaunul se deschide lateral (180°), se poziționează sub pacient, îl ridică cu pompa hidraulică (până la 15 cm) și se deplasează pe roți la destinație (pat, fotoliu, toaletă, duș).

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro

- Panourile se schimbă după nevoie: panou moale cu pernă detașabilă (transfer), panou fix de toaletă (cu sau fără recipient detașabil, sau direct deasupra vasului de toaletă), panou de duș din plastic detașabil. Panourile de duș și cel moale se pot demonta ori de câte ori e nevoie.
- Înainte de utilizare: planificarea operațiunii de ridicare, efectuarea listei de verificare zilnice, verificarea că sarcina de lucru sigură corespunde greutății pacientului, ridicarea pacientului cu roțile blocate, deplasarea dispozitivului doar cu mânerul de împingere.
- Curățare: cu apă caldă sau alcool pentru frecții, verificând că roțile nu au murdărie și păr. După utilizare se îndepărtează substanțele corozive (gel de duș, șampon) și produsul se lasă într-un loc uscat și ventilat. Cadrul se șterge după fiecare utilizare.

POTRIVIT PENTRU

- Familii care îngrijesc acasă o persoană imobilizată la pat sau cu mobilitate redusă (inclusiv după intervenții chirurgicale, accidente vasculare sau fracturi). Site-ul menționează și cămine de bătrâni, centre de recuperare și îngrijire paliativă.

AVANTAJE

- Sarcină maximă 125 kg, față de 115 kg la scaunul rulant BASIC-TIM.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Citiți și înțelegeți instrucțiunile înainte de utilizare. A se folosi doar pentru oameni.
- Planificați întotdeauna operațiunile de ridicare; efectuați lista de verificare zilnică; familiarizați-vă cu comenzile și caracteristicile de siguranță înainte de a ridica pacientul.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Instalați-l conform instrucțiunilor și verificați că sarcina de lucru sigură este potrivită pentru greutatea pacientului.
- Ridicați pacientul cu roțile blocate, cu alinierea la centrul de greutate corect. Mențineți pacientul într-o poziție minim confortabilă înainte de transfer.
- Nu mutați dispozitivul împingând actuatorul, bara de agățare sau pacientul; deplasați-l cu mânerul de împingere.
- Nu mutați dispozitivul încărcat peste 3 km/h (0,8 m/s). Nu vă deplasați pe teren neregulat sau accidentat, mai ales cu pacient în el. Nu lăsați dispozitivul în pantă cu pacient în el.
- Nu impuneți controalele de siguranță (comenzile nu necesită forță excesivă). Nu ridicați pacientul dacă nu sunteți instruit și capabil.
- Nu folosiți agenți de curățare cu fenol sau clor (pot deteriora materialele). Îndepărtați substanțele corozive (gel de duș, șampon) după utilizare, pentru a evita rugina.
- Incidentele grave se raportează producătorului și autorității competente din statul membru.
- Eliminarea depinde de contaminarea apărută în timpul utilizării și de legislația națională/locală.

Distribuitor în România

SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. (Golden Protect) · CIF RO43110660
Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov · Aviz ANMDR nr. 10007/25.10.2024
Suport Vânzări 0732 350 725 · goldenprotect.ro

Informațiile provin din documentația producătorului. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de folosire care însoțesc produsul.

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro