Imprimantă termică MISSION® pentru aparate de coagulare 23926 și 23932

Cod produs: **23929**



Imprimantă termică MISSION® (tipărire termică directă) care se conectează la aparatele Mission® și permite tipărirea rezultatelor testelor direct de pe aparat. Este destinată exclusiv uzului profesional.

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Tip imprimantă	Direct Thermal (termică directă)
Compatibil cu (manual)	Sisteme de monitorizare colesterol Mission® și Mission® Ultra; sistem Mission® PT/INR
Compatibil cu (site)	Aparate cod. 23926 și 23932
Lățime hârtie de imprimare	58 mm
Viteză de imprimare	60 mm/s
Caractere pe linie	40
Rezoluție	8/mm (203 dpi)
Alimentare	DC 7.5V/2A (prin adaptor)
Temperatură de funcționare	5~40 °C (41~104 °F)
Umiditate de funcționare	10~80 %
Umiditate de depozitare	10~90 %
Port	RS232 (cablu mini USB-RS232)
Conținut pachet (site)	imprimantă, 1 rolă hârtie, cablu, adaptor
Materiale furnizate (manual)	Imprimantă, manual (package insert), rolă de hârtie, cablu, adaptor, card de garanție
Necesar dar nefurnizat	Aparat (meter)
REF (manual)	C121-1021
Brand	Gima
Termen expediere	5-8
Garanție	12 luni pentru persoane juridice (B2B), 24 de luni pentru persoane fizice (B2C).

UTILIZARE

- Pregătire: conectați imprimanta la aparat (Mission®, Mission® Ultra Cholesterol sau Mission® PT/INR) cu cablul mini USB-RS232 furnizat; imprimanta și aparatul trebuie să fie oprite în timpul conectării cablului.
- Cablurile pentru Mission® Cholesterol și Mission® PT/INR (negru) și pentru Mission® Ultra Cholesterol (gri) sunt diferite și nu se folosesc interschimbabil; verificați eticheta de pe punga cablului.
- Încărcarea hârtiei (imprimanta oprită): apăsați butonul Cover-Open, puneți rola în carcasă, scoateți puțină hârtie peste cuțitul de tăiere și închideți ușor capacul până se aude „click”. Imprimă doar pe fața exterioară a rolei.
- Conectați imprimanta la priză cu adaptorul furnizat, porniți butonul roșu Power din stânga și apăsați FEED pentru încărcarea hârtiei.
- Mission® Cholesterol: se poate tipări un rezultat la testare, toate rezultatele din memorie sau un rezultat selectat din memorie.
- Mission® Ultra Cholesterol: rezultatul se tipărește automat în 70 s după aplicarea probei; toate datele din memorie se tipăresc prin modul de comunicare PC (butoanele <S> și <M>). Tipărirea unui singur rezultat din memorie nu este suportată.
- Mission® PT/INR: se poate tipări un rezultat sau zece rezultate consecutive din memorie (Data Log, apăsând PRT/EX).
- Autotest: cu hârtia încărcată, țineți apăsat FEED și porniți imprimanta; se tipărește pagina de test.

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro

- Indicatori luminoși: POWER (verde) se aprinde la pornire; ERROR (roșu) clipește continuu la supraîncălzirea capului de tipărire (oprire și răcire), clipește și apoi rămâne aprins la lipsa hârtiei (încărcați rolă nouă); în caz de stare anormală neremediabilă, opriți imprimanta și contactați distribuitorul local.

POTRIVIT PENTRU

- Uz profesional; tipărește rezultatele aparatelor de colesterol și PT/INR Mission® pentru documentare și arhivare.
- Uz profesional; tipărirea și arhivarea rezultatelor testelor de pe aparatele compatibile.

ACCESORII ȘI CONSUMABILE COMPATIBILE

- Cablul 23930 este necesar pentru aparatul cod 23926.
- Rolă de hârtie termică (1 rolă inclusă în pachet); la epuizare se încarcă o rolă nouă.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Nu atingeți cuțitul de tăiere hârtia.
- Nu atingeți capul de tipărire sau componentele aferente: risc de arsuri sau de deteriorare prin electricitate statică.
- Dacă echipamentul produce fum, miros ciudat sau zgomot neobișnuit, opriți-l imediat, scoateți-l din priză și contactați distribuitorul local; folosirea în continuare poate duce la incendiu.
- Nu demontați imprimanta: este periculos și anulează garanția.
- Folosiți sursa de alimentare specificată; o sursă necorespunzătoare poate distruge echipamentul și provoca incendiu.
- Evitați pătrunderea lichidelor sau a reziduurilor în imprimantă; în caz de vărsare, scoateți imediat cablul din priză.
- Nu conectați cablurile altfel decât este descris în manual (risc de deteriorare).
- Așezați imprimanta pe o suprafață fermă, stabilă, orizontală.
- Nu folosiți în locuri cu umiditate sau praf ridicat; nu expuneți la soare direct sau la surse de căldură (poate afecta calitatea tipăririi).
- Scoateți din priză dacă nu se folosește o perioadă îndelungată.
- Imprimanta și aparatul trebuie să fie oprite la conectarea cablului.
- Când imprimanta este pornită, nu trageți hârtia manual; nu apăsați FEED fără hârtie; nu închideți forțat capacul carcasei de hârtie.
- Destinată exclusiv uzului profesional.

Distribuitor în România

SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. (Golden Protect) · CIF RO43110660
Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov · Aviz ANMDR nr. 10007/25.10.2024
Suport Vânzări 0732 350 725 · goldenprotect.ro

Informațiile provin din documentația producătorului. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de folosire care însoțesc produsul.

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro