Lift electric pliabil pentru pacienți, sarcina maximă de 150 kg

Cod produs: **43455**



Lift electric pliabil pentru pacienți, cu sarcină maximă de 150 kg, cu structură de oțel acoperită. Ridică și transferă persoane cu dizabilități (de ex. din pat în scaun cu rotile) cu ajutorul unui ham textil, prin actuator liniar. Se livrează cu ham.

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Material	Structură de oțel cu suprafață acoperită; hamul standard: poliester 100%
Tip dispozitiv / clasă	Dispozitiv medical, clasa I; conform Regulamentului (UE) 2017/745
Capacitate de încărcare	150 kg (valoarea este afișată pe brațul de ridicare)
Greutate produs	37 kg
Dimensiune pliată	1250x580x310 mm
Înălțime mâner de împins	1130 mm
Garda bazei	115 mm (manual: „înălțimea bazei" y = 115 mm)
Lungime bază	1120 mm
Picioare/bază	Picioarele se deschid prin pedale
Comandă	Telecomandă manuală cu o funcție; 2 butoane pe unitatea de comandă; buton de oprire de urgență; dispozitiv anticădere de urgență; baterie de rezervă; afișaj LCD pentru starea bateriei
Baterie internă	Gel, 24 V dc (2x12 Vdc) - 2,9 Ah, cu încărcător intern; nu necesită întreținere
Timp mediu de încărcare a bateriei	mai puțin de 10% încărcare (h): 4; aproximativ 4 ore de la încărcare scăzută/descărcare completă
Cicluri de ridicare cu bateria	30 (la eficiență maximă, încărcare inițială peste 90%, sarcină 150 kg)
Raza de rotație 360°	1260 mm
Nivel de sunet	< 70 dB
Temperatură de utilizare	0 ÷ 45 °C
Condiții de păstrare	A se păstra într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina soarelui
Dimensiuni manual (rânduri tabel specificații)	Poziția cea mai înaltă 1870 mm; locația la distanța maximă 1610 mm; poziția cea mai joasă 440 mm; a: distanța maximă la 600 mm 610; b: distanța maximă de la bază 610; c: distanța de la bază cu picioarele deschise până la 700 mm 800; k: înălțimea maximă CSP 1870; i: înălțimea minimă CSP 440; m: excursie de ridicare 1430; p: lățimea internă maximă 720; q: lățimea internă la distanța maximă 670; r: lățimea internă minimă 480; s: distanța minimă de la perete la CSO la înălțimea maximă (picioarele depărtate) 560; t: distanța minimă de la perete la CSO până la extensia maximă (picioarele depărtate) 220; v: distanța minimă de la perete la CSO la înălțimea minimă (picioarele depărtate) 560; y: înălțimea bazei 115; w: spațiu liber sub picioare 50; d: lățime totală 920; e: înălțimea benzii din spate 560; j: lungime totală 1050 (mm)
Greutate cu ambalaj	42 kg
Conținut pachet	Lift, ham (43464), cablu de încărcare a bateriei, șuruburi de montaj; manual multilingv (GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO)
Document de conformitate	Declarație de conformitate d43455EN.pdf
Ambalaj / eliminare	Ambalaj 100% reciclabil. Produsul nu se elimină cu deșeurile menajere, ci la un punct de reciclare pentru echipamente electrice și electronice (DEEE).

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro

Garanție	12 luni pentru persoane juridice (B2B), 24 de luni pentru persoane fizice (B2C).

UTILIZARE

- Montajul și testarea înainte de utilizare se fac de personal calificat. Șasiul: coloana portantă se fixează vertical pe bază cu șurub (cheie M19), apoi se montează brațul, actuatorul electric și sistemul electric (chei M17). Cablul motorului se conectează la conectorul (b) al unității de comandă, iar cablul panoului de butoane la conectorul (a). Conectorul (c) nu este utilizat în această versiune.
- Înainte de utilizarea zilnică se verifică starea și eficiența generală, frâna și încărcarea bateriei. Se verifică și că butonul de siguranță este deblocat (rotit în sens antiorar).
- Încărcarea bateriei: doar cu cablul furnizat, fără prelungitoare sau adaptoare. Conectorul se cuplă la priza unității de comandă, iar mufa încărcătorului la rețea. Starea de încărcare se vede pe afișajul LCD. De la încărcare scăzută sau descărcare completă, încărcarea durează aproximativ 4 ore. Dacă liftul nu se folosește peste o lună, bateria se reîncarcă lunar.
- Ridicarea: se apasă butonul de pe telecomandă. Mișcarea se poate comanda și cu cele 2 butoane de pe unitatea de comandă principală, lângă afișajul bateriei.
- Hamul universal furnizat: se pune pe pacient, se coboară brațul de ridicare, se atașează hamul la cârligele pentru susținerea greutății și se ridică pacientul. Înainte de ridicare, hamul se adaptează la pacient alegând fantele marcate cu 3 culori, fiecare atașată de un cârlig. O schemă de culori diferită între partea capului și cea a picioarelor dă o înclinare și o poziție diferite pacientului. Hamul nu este potrivit pentru pacienții care nu își pot controla capul.
- Inel de siguranță: în caz de defecțiune a unității electrice sau oprire din baterie descărcată, înălțimea brațului se reglează manual. Butonul roșu (a) din partea de sus a actuatorului se deplasează manual în jos, ceea ce permite urcarea sau coborârea manuală a brațului. Dacă brațul întâlnește un obstacol la coborârea motorizată, oprește automat împingerea în jos.
- Deschiderea bazei: pedala (A) deschide, pedala (B) închide (sistem de pedale în spate).
- Pliere: se coboară brațul de ridicare la maximum cu comanda electrică, se scoate știftul de blocare (1) susținând coloana, se eliberează butonul rabatabil (2) trăgându-l și se îndoaie coloana înainte (3). În poziție orizontală, se reintroduce știftul de blocare (4). Se atașează cureaua elastică la știftul coșului (5). Pentru redeschidere se urmează aceeași procedură în sens invers.
- Întreținere: curățare zilnică de murdărie (se poate folosi aspirator de uz casnic). Piesele metalice vopsite se curăță cu spray-uri de uz casnic fără alcool sau solvenți. Cele cromate se curăță cu produse de uz casnic și se usucă bine. Piesele din plastic se curăță cu detergent special, fără solvenți sau alcool. Fără jet direct de apă sau stropire. Roțile se curăță periodic, iar mecanismul de blocare cu o periuță de dinți. Controlul general (roți, șuruburi, frână, vopsea, piese din plastic, motoare electrice) este anual. Bateriile se verifică semi-anual. Lubrifierea este bilunară, după nevoie. Dezinfectarea se face de centre specializate.

AVANTAJE

- Capacitate maximă de 150 kg, față de 135 kg la lifterul MUEVO HOME LIGHT.

ACCESORII ȘI CONSUMABILE COMPATIBILE

- Ham 43464, inclus în pachet (mărimea: vezi „de_verificat”).
- Chingă universală, mărime S-M-L (cod LW06407, listată la accesorii în manual).
- Chingă de tip economic, mărime S-M-L (cod LW06401, listată în manual).

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Înainte de utilizare, greutatea persoanei transportate nu trebuie să depășească capacitatea maximă (150 kg).
- Liftul este destinat ridicării și transferului persoanelor cu dizabilități (de ex. din pat în scaun cu rotile și invers). Nu se folosește pentru a transporta persoana dintr-o cameră în alta, nici pentru ridicarea de obiecte.
- Dacă la primire se constată daune de transport, dispozitivul nu se utilizează. Se contactează asistența tehnică. Daunele se raportează transportatorului în 24 de ore.
- Utilizatorul trebuie să fie major (peste 18 ani) și să fi înțeles manualul. Conducătorul ține ambele mâini pe ghidon și nu părăsește liftul cât timp o persoană este la bord.
- Dispozitivul nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență, decât sub supravegherea unei persoane responsabile.
- Înainte de fiecare utilizare se verifică frâna și siguranța generală. Nu se utilizează dacă există defecte sau defecțiuni.
- Nu se folosește pe suprafețe neuniforme, în medii cu stropi de apă sau în condiții meteo nefavorabile.
- Nu se ridică dispozitivul cu persoana la bord. Nu se transportă alte obiecte sau greutăți împreună cu persoana. Persoana trebuie bine fixată de hamurile furnizate.
- Hamul universal furnizat nu este potrivit pentru pacienții care nu își pot controla capul.
- Se evită hainele largi și eșarfele, care se pot încurca. Persoanele transportate și conducătorii nu trebuie să fumeze.
- Asamblarea și reglajele se fac doar de personal autorizat.
- Riscuri reziduale: strivirea picioarelor personalului, prinderea hainelor largi la partea de jos a dispozitivului, căderea pacientului dacă nu se mențin o poziție verticală și stabilă și precauțiile necesare.
- Dezinfectanții se folosesc doar de personal special calificat, iar dezinfectarea se face de centre specializate.
- Orice incident grav legat de dispozitiv se raportează producătorului și autorității competente a statului membru.

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro

Distribuitor în România

SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. (Golden Protect) · CIF RO43110660
Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov · Aviz ANMDR nr. 10007/25.10.2024
Suport Vânzări 0732 350 725 · goldenprotect.ro

Informațiile provin din documentația producătorului. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de folosire care însoțesc produsul.

Golden Protect · goldenprotect.ro

© Golden Protect / SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — document realizat de Golden Protect. Reproducerea sau folosirea fără acordul nostru este interzisă. goldenprotect.ro