

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Set laringoscop cu fibră optică MaxLite Pediatric

3 lame Miller 00-0-1 · mâner reîncărcabil Xenon/Halogen 2,5 V · 8.000 lux · oțel inoxidabil antimagnetic



Imagine cu titlu informativ

Setul de laringoscop **MaxLite Pediatric** este destinat intubației orotraheale asistate la nou-născuți și copii, oferind o iluminare puternică și constantă prin fibră optică integrată. Lamele, disponibile în trei dimensiuni (Miller 00, 0 și 1), sunt fabricate din oțel inoxidabil antimagnetic și sunt compatibile cu mânerul reîncărcabil de 2,5 V. Setul este livrat într-o cutie rigidă de transport și depozitare.

Cod produs

34332

Categorie

**Dispozitiv medical - laringoscopie
ORL/anestezie**

Producător

Gima S.p.A., Italia (fabricat în Pakistan)

Reprezentant autorizat

UK-REP și CH-REP disponibili

Marcă / Distribuitor

GIMA

Utilizare

Uz clinic și spitalicesc (pediatrie)

Marcaj CE

Dispozitiv medical (MD)

Clasă I

UK-REP

CH-REP

DATE TEHNICE

IDENTIFICARE PRODUS		COMPONENTA SETULUI	
Cod produs	34332	Lame incluse	3 lame Miller (00, 0, 1)
Unitate de vânzare	1 buc	Tip iluminare	Xenon/Halogen, fibră optică
Comandă minimă	1	Mâner	Reîncărcabil, 2,5 V
Tip	Dispozitiv medical	Intensitate luminoasă	8.000 lux
Clasă	I	Material lame	Inox antimagnetic AISI 303/304
RDM (NSIS)	2837778	Standard aplicabil	ISO 7376
CND	Z12021003	Sterilizare	Autoclavabil, până la 134°C
EAN/UPC	8023279343328	Stație de încărcare compatibilă	Cod 31542 (neinclusă)
PARAF	903147433		
GTIN	08023279343328		
GMDN	15076		

Notă: bateria mânerului nu este inclusă. Mânerul reîncărcabil de 2,5 V poate fi utilizat atât cu baterii standard, cât și cu baterii reîncărcabile; pentru varianta reîncărcabilă se recomandă stația de încărcare cod 31542 (neinclusă). Lamele sunt nemagnetice.

FIȘĂ TEHNICĂ

Set laringoscop cu fibră optică MaxLite Pediatric

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- Lame fabricate din oțel inoxidabil antimagnetic AISI 303/304, rezistente la coroziune, conforme cu standardul ISO 7376
- Ghid de lumină din fibră optică integrat, fără cavități, ceea ce facilitează decontaminarea și reduce riscul de infecție încrucișată
- Fibre optice de calitate superioară pentru o transmisie luminoasă excelentă
- Lame nemagnetice
- Fără întreținere; autoclavabile la 134°C timp de aprox. 5 minute, pentru aprox. 2.000 de cicluri
- Mâner reîncărcabil 2,5 V, compatibil atât cu baterii standard, cât și cu baterii reîncărcabile

DESTINAȚIE

Setul de laringoscop este destinat următoarelor situații clinice:

- Laringoscopie și intubație orotraheală asistată la nou-născuți și copii
- Utilizare de către personal medical calificat, în mediu spitalicesc, ambulatoriu sau de urgență

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Cuplați lama aliniind fanta acesteia cu pinul mânerului și aplicați o forță de 10-45 N pentru cuplare
- Aplicați forță în sus pentru a aduce lama în poziția de operare
- Aplicați forță în jos pentru a aduce lama în poziția de așteptare (stand-by)
- Nu prindeți maneta (lever) la scoaterea lamei; nu forțați lama și maneta în direcții opuse

CURĂȚARE ȘI STERILIZARE

Sterilizarea cu abur se poate efectua conform parametrilor de mai jos, după curățarea și dezinfectarea prealabilă a lamelor:

Parametru	(A) Abur cu deplasare gravitațională	(B) Abur cu pre-vid
Temperatură	121°C (250°F)	134°C (273°F)
Durata ciclului	30 minute	5 minute
Timp de uscare	15 minute	20 minute

Se poate efectua și sterilizare cu gaz (oxid de etilenă), până la maximum 65°C și 8 p.s.i. A nu se depăși 135°C și 28 p.s.i. A se evita autoclavarea rapidă (flash) și sterilizarea cu aer cald, deoarece acestea pot deteriora instrumentul. Curățarea cu ultrasunete este strict interzisă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- A se depozita într-un loc răcoros și uscat
- A se feri de lumina directă a soarelui
- A se evita contactul cu soluții de înălbitor, Betadină sau hidroxid de potasiu

Notă: se aplică garanția standard GIMA de 36 de luni (B2B). Utilizarea se face exclusiv conform manualului de utilizare al producătorului. Eliminarea produsului se face separat de deșeurile menajere, la un punct de colectare pentru echipamente electrice și electronice.